

# OMRON

## Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический



**M2 Basic (HEM-7121-ARU)**  
**Руководство по эксплуатации** IM-HEM-7121-ARU-RU-05-11/2019  
 7999796-4E  
 Дата выпуска: 2020-03-25



### Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового автоматического тонометра OMRON M2 Basic.

OMRON M2 Basic — это компактный, полностью автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса, работающий на основе осциллометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортное для пациента нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки.

**Назначение**  
 Это устройство предназначено для измерения артериального давления и частоты пульса у людей с соответствующей данной манжете длиной окружности плеча и при условии выполнения инструкций в этом руководстве. Прибор определяет наличие нерегулярного сердцебиения во время измерения и отображает предупреждающий индикатор вместе с результатами измерения. Рекомендуется преимущественно для использования в домашних условиях. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и следуйте приведенным в нем инструкциям для обеспечения вашей безопасности. Сохраните его для получения необходимых сведений в будущем. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ относительно конкретных значений Вашего артериального давления.

### Важная информация по безопасности

**Предупреждение!** Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или тяжелым травмам.

**(Общее применение)**  
**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** самостоятельно назначать себе лечение на основе результатов, полученных с помощью этого прибора. Принимайте препараты в соответствии с назначением Вашего врача. Только квалифицированный врач может ставить диагноз и лечить гипертонию.

**Проконсультируйтесь** с лечащим врачом, прежде чем использовать прибор в одном из следующих состояний пациента: общая аритмия (например, предсердная экстрасистола или желудочковая экстрасистолия), артериосклероз, недостаточная перфузия, диабет, преклонный возраст, беременность, предклампсия и почечная недостаточность. Обратите внимание, что на показания прибора могут повлиять движения или дрожь ПАЦИЕНТА.

**Не используйте прибор на руке, если она травмирована или осуществляется ее лечение.**  
**При раздражении кожи или других проблемах прекратите использовать прибор и обратитесь к лечащему врачу.**  
**Не надевайте манжету во время использования капельницы или переливания крови.**  
**Перед использованием прибора на руке с артериовенозным шунтом проконсультируйтесь с лечащим врачом.**  
**Не используйте прибор одновременно с другим медицинским электрическим оборудованием (класс ME).** Это может нарушать работу прибора и/или приводить к неточным показаниям.  
**Не используйте прибор вблизи высокочастотного хирургического оборудования, МРТ- или КТ-сканеров или в среде, богатой кислородом.** Это может нарушать работу прибора и/или приводить к неточным показаниям.  
**Воздуховодная трубка или кабель адаптера переменного тока могут стать причиной случайного удوشения грудных детей.**  
**Изделие содержит мелкие детали, которые при проглатывании младенцем могут стать причиной удوشения.**

**(Использование адаптера переменного тока)**  
**Не пользуйтесь адаптером переменного тока при повреждении прибора или сетевого шнура.** Немедленно отключите питание и извлеките сетевой шнур из розетки.  
**Включайте адаптер переменного тока только в розетку с соответствующим напряжением.** Не подключайте к розетке с разветвителем.  
**Запрещается вставлять сетевой шнур в розетку и вынимать его мокрыми руками.**

**Внимание!** Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам легкой или средней тяжести, а также к повреждению оборудования или другого имущества.

**(Общее применение)**  
**Всегда консультируйтесь с лечащим врачом.** Самостоятельная постановка диагноза на основе результатов измерений и самолечение опасны.  
**Людам с серьезными нарушениями кровообращения или другими заболеваниями крови перед использованием устройства необходимо проконсультироваться с врачом, так как нагнетание воздуха в манжету может привести к образованию синяков.**

**Снимите манжету, если она не начинает сдуваться во время измерения.**  
**Не используйте этот прибор для измерения давления у детей и лиц, не отвечающих за свои действия.**  
**Используйте прибор только для измерения артериального давления.**  
**Используйте только предназначенную для данного прибора манжету.** Использование других манжет может привести к некорректным результатам измерений.  
**Не используйте этот прибор во время измерения на расстоянии 30 см от любого портативного/переносного оборудования РЧ-связи, создающего электромагнитные поля (например, мобильные телефоны, радиоприемники и устройства для работы в беспроводной сети).** Это может нарушать работу прибора и/или приводить к неточным показаниям.  
**Не разбирайте электронный блок и манжету.** В противном случае это может привести к неточности показаний.  
**Не используйте в местах наличия влаги или возможного попадания водяных капель на прибор.** Это может привести к повреждению прибора.  
**Не используйте прибор в движущемся транспортном средстве (автомобиль, самолет).**  
**Не выполняйте большее количество измерений, чем требуется.** Это может привести к образованию синяков в результате нарушения кровообращения.  
**Если вы подвергались мастэктомии, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием устройства.**  
**Если ваше систолическое давление превышает 210 мм рт. ст., прочтите раздел «Если систолическое давление выше 210 мм рт. ст.» этого руководства по эксплуатации.** Нагнетание большего давления, чем требуется, может привести к образованию синяков в месте наложения манжеты.

**(Использование адаптера переменного тока)**  
**Полностью вставьте штекер адаптера переменного тока в розетку.**  
**Не тяните за сетевой шнур при отсоединении штекера адаптера переменного тока от розетки.** Аккуратно извлеките штекер адаптера переменного тока.  
**Соблюдайте следующие указания при использовании сетевого шнура:**  
 Не допускайте повреждения шнура. Не ломайте его.  
 Не разбирайте его. Не сгибайте и не тяните его с усилием.  
 Не скручивайте его. Не завязывайте его в узел во время использования.  
 Не заземляйте его. Не ставьте на него тяжелые предметы.

**Удалите пыль со штекера адаптера переменного тока.**  
**Если устройство не используется, отсоедините штекер электронного блока.**  
**Отсоединяйте штекер адаптера переменного тока перед очисткой.**  
**Используйте только адаптер переменного тока OMRON, предназначенный для этого прибора.** При работе с другими адаптерами возможно повреждение и/или выход прибора из строя.




**(Использование элементов питания)**  
**При установке элементов питания обязательно соблюдайте полярность.**  
**Для данного прибора используйте только 4 щелочных или марганцевых элемента питания типа «AA».** Не используйте элементы питания другого типа. Не используйте новые и старые элементы питания вместе.  
**Если вы не собираетесь использовать прибор в течение трех или более месяцев, извлеките из него элементы питания.**  
**Используйте элемент питания в течение рекомендованного срока, который указан на нем.**

**Общие меры предосторожности**  
 • Не сгибайте манжету с усилием и не перегибайте воздуховодную трубку.  
 • Выполняя измерения, не перегибайте и не перекручивайте воздуховодную трубку. Это может привести к опасной травме вследствие нарушения кровообращения.  
 • При снятии воздуховодной трубки следует тянуть за пластмассовый штекер в месте соединения с основным устройством, а не за саму трубку.  
 • Не подвигайте прибор и манжету сильным ударом или вибрациями, не роняйте их на пол.  
 • Не нагнетайте воздух в манжету, если она не обернута вокруг плеча.  
 • Используйте прибор только в указанных условиях окружающей среды. В противном случае это может привести к неточности показаний.  
 • Прочтите рекомендации подраздела «Электромагнитная совместимость» в разделе «Б. Технические характеристики» и следуйте им.  
 • Прочтите рекомендации подраздела «Надлежащая утилизация прибора» в разделе «Б. Технические характеристики» и следуйте им при утилизации прибора и используемых с ним принадлежностей или дополнительных запасных частей.  
 • Убедитесь, что прибор не вызывает у ПАЦИЕНТА продолжительного нарушения кровообращения (например, наблюдая за конечностью, на которой выполняются измерения).  
 • Если прибор хранится при максимальной или минимальной температуре хранения и транспортировки, а затем помещается в среду с температурой 20 °С, рекомендуется подождать около 2 часов перед использованием прибора.

### 1. Общие сведения о приборе

**Комплект поставки:**  
 Электронный блок, манжета компрессионная CM, руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, адаптер переменного тока AC ADAPTER-S (60240HW5SW), комплект элементов питания, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон

### Электронный блок:



### 1.1 Символы на дисплее

**Индикатор аритмии (E)**  
 Если прибор обнаруживает нерегулярный ритм не менее двух раз за время измерения, на дисплее рядом со значениями измерения отображается индикатор аритмии. Нерегулярный ритм сердцебиения — это ритм, который на 25 % отличается от среднего ритма, определенного при измерении систолического и диастолического артериального давления. Если рядом с результатом измерения отображается индикатор аритмии, рекомендуется обратиться к врачу за консультацией. Следуйте указаниям своего врача.

Примечание: В соответствии с рекомендациями JNC 7\* необходимо придерживаться следующих указаний.

	Общие рекомендации относительно артериального давления	
	Предгипертония при измерении в кабинете врача	Гипертония при измерении дома
Систолическое артериальное давление	120—139 мм рт. ст.	135 мм рт. ст.
Диастолическое артериальное давление	80—89 мм рт. ст.	85 мм рт. ст.

Это имеет статистическую ценность для мониторинга артериального давления.

\* JNC 7 — Седьмой доклад Объединенного Национального Комитета по предупреждению, распознаванию, оценке и лечению повышенного артериального давления (Декабрь, 2003г.).


### 1.2 Перед измерением

Для получения точных результатов выполняйте следующие указания.  
 1. В течение 30 минут до измерения не следует принимать ванну, пить алкогольные напитки или кофе, курить, выполнять физические упражнения или принимать пищу.  
 2. Перед измерением необходимо отдохнуть не менее 5 минут.  
 3. Стресс способствует повышению артериального давления. Не выполняйте измерение во время стресса.  
 4. Измерения необходимо выполнять в тихом месте.  
 5. Снимите с руки плотно прилегающую одежду.

### 2. Подготовка к работе

#### 2.1 Установка/замена элементов питания

1. Снимите крышку отсека для элементов питания.  
 2. Установите или замените 4 элемента питания типа «AA» в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для элементов питания.



#### 3. Установите крышку отсека для элементов питания на место.


Примечания:  
 • Если на дисплее появился индикатор низкого уровня заряда элементов питания (E), выключите прибор и замените одновременно все четыре элемента питания. Рекомендуется использовать долговечные щелочные элементы питания.  
 • Значения результатов измерений остаются в памяти даже после замены элементов питания.  
 • Элементы питания из комплекта поставки могут иметь более короткий срок эксплуатации.

Элементы питания следует утилизировать в соответствии с государственными/местными правилами по утилизации элементов питания.

#### 2.2 Использование адаптера переменного тока

Примечание: Убедитесь, что для подключения и отключения адаптера переменного тока используется легкодоступная сетевая розетка.

1. Вставьте штекер адаптера переменного тока в гнездо для адаптера, расположенного на задней части электронного блока.  
 2. Включите адаптер переменного тока в электрическую розетку.




Чтобы отсоединить адаптер переменного тока, сначала отсоедините его от электрической розетки, а затем отсоедините штекер адаптера от электронного блока.

### 3. Использование прибора


#### 3.1 Расположение манжеты на руке

Снимите с левого плеча плотно прилегающую одежду или плотно закатанный рукав. Не накладывайте манжету поверх плотной одежды.

1. Плотно вставьте воздушный штекер в воздушное гнездо.




2. Плотно оберните манжету вокруг верхней части левой руки.



Нижний край манжеты должен находиться на 1—2 см выше локтя. Воздуховодная трубка должна быть обращена вниз вдоль внутренней стороны руки и находиться на одной линии со средним пальцем.


3. Закрепите застежку-липучку.



Примечания:  
 • При измерении давления на правой руке воздуховодная трубка будет проходить сбоку от локтя. Соблюдайте осторожность, чтобы не пережать рукой воздуховодную трубку.  
 • Артериальное давление на правой руке и левой руке может быть разным; также могут различаться и его измеренные значения. Компания OMRON рекомендует всегда измерять давление на одной и той же руке. В случае существенного различия между значениями на разных руках необходимо обратиться к врачу и определить, на какой руке следует проводить измерение.

### 3.2 Правильная поза при измерении

Артериальное давление следует измерять в тихой, спокойной обстановке в положении сидя при комнатной комнатной температуре.




• Сядьте на стул так, чтобы ноги не были скрещены, а ступни полностью соприкасались с полом.  
 • Сядьте так, чтобы Ваша спина и рука опирались на что-либо.  
 • Манжету следует разместить на руке на уровне сердца.

### 3.3 Выполнение измерений

Примечания:  
 • Для прекращения измерения нажмите кнопку START/STOP, чтобы выпустить воздух из манжеты.  
 • Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения.

#### 1. Нажмите кнопку START/STOP.

Манжета начнет автоматически наполняться воздухом.



**Если систолическое давление выше 210 мм рт. ст.**  
 После того, как началось автоматическое наполнение манжеты воздухом, нажмите и удерживайте кнопку START/STOP до тех пор, пока прибор не поднимет давление до значения, превышающего ожидаемое систолическое давление на 30—40 мм рт. ст.  
**Примечания.**  
 • Тонометр не нагнетает давление свыше 299 мм рт. ст.  
 • Не нагнетайте большее давление, чем требуется.

2. Расстегните застежку и снимите манжету.  
 3. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы отключить прибор. Прибор автоматически сохранит результат измерения в памяти. Прибор автоматически выключается через две минуты.

Примечание: Перед повторным измерением необходимо подождать 2—3 минуты. За это время артерии возвращаются в то состояние, в котором они находились до измерения давления.

Всегда консультируйтесь с лечащим врачом. Самостоятельная постановка диагноза на основе результатов измерений и самолечение опасны.

#### 3.4 Использование функции памяти

Прибор автоматически сохраняет в памяти до 30 результатов измерений.

Примечание: При переполнении памяти прибор будет удалять более старые значения.

#### Просмотр хранящихся в памяти значений измерений

1. Нажмите кнопку [M].  
 В течение секунды отображается номер памяти, а затем отображается частота пульса. Самый последний результат обозначен цифрой «1».




#### Удаление всех сохраненных в памяти значений

1. Нажмите кнопку памяти во время отображения пиктограммы памяти (E).  
 2. Удерживая кнопку [M] в нажатом положении, нажмите и удерживайте кнопку START/STOP в течение не менее 3 секунд.



Примечание: Нельзя частично удалить сохраненные в памяти значения.

Загрузите и установите на смарт-устройство бесплатное приложение OMRON connect. Приложение доступно в App Store и Google Play. Откройте приложение на смарт-устройстве и следуйте инструкциям по установке приложения и соединению. Если приложение OMRON connect уже установлено, перейдите к: Меню > Устройства > Добавить устройство



### 4. Сообщения об ошибках и устранение неисправностей

#### 4.1 Символы и сообщения об ошибках

Условное обозначение ошибки	Причина	Способ решения
	Обнаружен нерегулярный пульс.	Расстегните застежку и снимите манжету. Подождите 2—3 минуты и выполните еще одно измерение. Повторите шаги в разделе 3.3. При повторном появлении этого символа обратитесь к лечащему врачу.
	Низкий уровень заряда элементов питания.	Элементы питания рекомендуется заменять заранее. Обратитесь к разделу 2.1.
	Элементы питания полностью разряжены.	Их нужно немедленно заменить. Обратитесь к разделу 2.1.
	Воздушный штекер не подсоединен.	Плотно вставьте штекер. Обратитесь к разделу 3.1.
	Манжета закреплена недостаточно плотно.	Наложите манжету правильно. Обратитесь к разделу 3.1.
	Утечка воздуха в манжете.	Замените манжету новой. Обратитесь к разделу 5.3.
	Движение во время измерения; манжета недостаточно накачена.	Повторите измерение. Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
	При накачивании манжеты было превышено максимальное допустимое давление, а затем воздух был выпущен автоматически при нагнетании воздуха в манжету вручную.	Если символ «E2» появляется неоднократно, следует вручную нагнетать воздух в манжету до тех пор, пока давление не поднимется на 30—40 мм рт. ст. выше предыдущего значения измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
	При накачивании манжеты было превышено максимальное допустимое давление, а затем воздух был выпущен автоматически при нагнетании воздуха в манжету вручную.	Не прикасайтесь к манжете и/или не перегибайте воздуховодную трубку во время измерения. Не перекачивайте манжету больше необходимого значения. Обратитесь к разделу 3.3.
	Движение во время измерения.	Повторите измерение. Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
	Манжета мешает одежде на плече.	Снимите одежду, мешающую манжете. Обратитесь к разделу 3.1.
	Ошибка прибора.	Свяжитесь с техническим центром OMRON.

#### 4.2 Поиск и устранение неисправностей

Если во время измерения возникает любая неполадка, указанная ниже, прежде всего убедитесь, что на расстоянии 30 см от прибора нет других электрических устройств. Если неполадку устранить не удается, смотрите таблицу ниже.

Проблема	Причина	Способ решения
Результат измерения слишком высокий (или низкий).	Манжета закреплена недостаточно плотно.	Наложите манжету плотнее. Обратитесь к разделу 3.1.
	Движение или разговор во время измерения.	Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
	Манжете мешает одежда на плече.	Снимите одежду, мешающую манжете. Обратитесь к разделу 3.1.
Давление в манжете не возрастает.	Воздуховодная трубка не плотно подсоединена к электронному блоку.	Убедитесь в том, что воздуховодная трубка надежно подсоединена к электронному блоку. Обратитесь к разделу 3.1.
	Утечка воздуха в манжете.	Замените манжету на новую. Обратитесь к разделу 5.3.
	Манжета наложена на плечо слишком свободно.	Наложите манжету правильно, чтобы она плотно облегла руку. Обратитесь к разделу 3.1.
Не удается выполнить измерение, или результаты слишком низкие или слишком высокие.	Манжета недостаточно накачена.	Поднимите давление в манжете на 30—40 мм рт. ст. выше предыдущего значения измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
	Элементы питания разряжены.	Замените элементы питания новыми. Обратитесь к разделу 2.1.
При нажатии на кнопки ничего не происходит.	Элементы питания установлены неправильно.	Установите элементы питания с учетом полярности (+/-). Обратитесь к разделу 2.1.
	Другие неисправности.	• Нажмите кнопку START/STOP и повторите измерение. • Замените элементы питания новыми. Если проблема не была устранена, обратитесь к Вашему дистрибьютору продукции компании OMRON.




## 5. Уход и хранение

### 5.1 Уход

Соблюдайте следующие правила для защиты прибора от повреждений:

- Храните прибор и его компоненты в чистом и безопасном месте.
- Не используйте абразивные или легко испаряющиеся чистящие средства.
- Не мойте прибор и какие-либо его компоненты, и не погружайте их в воду.
- Не используйте бензин, разбавители и растворители для очистки прибора.



- Используйте мягкую и сухую ткань или мягкую и смоченную нейтральным мылом ткань для очистки прибора и манжеты.
- Внесение в прибор изменений или модификаций, не одобренных производителем, приведет к аннулированию гарантии. Не разбирайте прибор или его компоненты и не пытайтесь осуществить их ремонт. Свяжитесь с уполномоченным техническим центром или дистрибьютором OMRON.

### Калибровка и обслуживание

- Точность данного прибора для измерения артериального давления была тщательно проверена и сохраняется в течение длительного времени.
- Рекомендуется проверять точность измерения и правильность работы прибора каждые 2 года. Свяжитесь с уполномоченным техническим центром или дистрибьютором OMRON.

### 5.2 Хранение

Храните прибор в чехле для хранения прибора, когда он не используется.

1. Отсоедините воздушный штекер от воздушного гнезда.

2. Аккуратно сложите воздуховодную трубку внутри манжеты.

Примечание: Не перегибайте и не мните воздуховодную трубку слишком сильно.

3. Поместите прибор и манжету в чехол.

- Прибор запрещается хранить в следующих условиях:
- если на прибор попала влага или он намок;
  - если место хранения подвержено воздействию высоких температур, влажности, действию прямых солнечных лучей, пыли или едких паров, таких как хлорная известь;
  - если место хранения подвержено воздействию вибрации, ударов или является наклонной поверхностью.

### 5.3 Дополнительно приобретаемые принадлежности

- | Манжета (малая)          | Манжета (веерообразная)  | Манжета компрессионная (универсальная) |
|--------------------------|--------------------------|--|
| Окружность руки 17–22 см | Окружность руки 22–32 см | Окружность руки 22–42 см               |



CS2 Small Cuff (HEM-CS24)



CM2 Medium Cuff  
\* Манжета аналогична поставляемой с изделием



HEM-RML31

#### Адаптер переменного тока



AC ADAPTER-S (60240HW55W)

## 6. Технические характеристики

Наименование	Измeритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Basic (HEM-7121-ARU)
Модель	Цифровой ЖК-дисплей
Метод измерения	Осциллометрический
Диапазон измерения давления воздуха в манжете	от 0 до 299 мм. рт. ст.
Диапазон индикации артериального давления	от 20 до 280 мм рт. ст.
Диапазон измерений частоты пульса	от 40 до 180, 1/мин
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в компрессионной манжете	±3 мм рт. ст.
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении частоты пульса	±5 %
Компрессия	Автоматическая, с помощью воздушного электрического компрессора, управляемого системой неформальной топлики
Декомпрессия	Клапан автоматического сброса давления
Память	30 измерений
Параметры источника питания	Постоянный ток 6 В–4 Вт (DC 6V)
Источники питания	4 элемента питания «AA» 1,5 В или дополнительный адаптер переменного тока (ВХОД: 100-240 В 50/60 Гц, 0,12-0,065 А переменного тока)
Срок службы элементов питания	Прибл. 1000 измерений (при использовании новых щелочных элементов питания)

<b>Срок службы:</b> Электронный блок	Информация о сроке службы указана в гарантийном талоне
<b>Манжета</b>	Информация о сроке службы указана в гарантийном талоне
<b>Адаптер переменного тока</b>	Информация о сроке службы указана в гарантийном талоне
<b>Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки)</b>	Тип BF (манжета)
<b>Защита от поражения электрическим током</b>	Медицинское оборудование с внутренним источником питания (при работе от элемента питания) Класс II (при работе от адаптера переменного тока)
<b>Классификация степени защиты оболочки</b>	Электронный блок: IP20 Адаптер переменного тока: IP21
<b>Условия эксплуатации:</b> температура окружающего воздуха	от 10 до 40 °C
относительная влажность	от 15 до 90 % (без конденсата)
атмосферное давление	от 700 до 1060 гПа
<b>Условия хранения и транспортирования:</b> температура окружающего воздуха	от -20 до 60 °C
относительная влажность	от 10 до 95 % (без конденсата)
атмосферное давление	от 700 до 1060 гПа
<b>Масса:</b> электронный блок	не более 255 г (без элементов питания)
манжета	не более 130 г
<b>Габаритные размеры:</b> электронный блок	не более 129 x 103 x 80 мм (Ш x В x Г)
манжета	не более 466 x 145 мм (Ш x В) от 22 до 32 см
<b>Манжета: окружность руки</b>	Нейлон, полиэфир, поливинилхлорид
<b>Материал манжеты/трубки</b>	Электронный блок, манжета компрессионная
<b>Комплект поставки</b>	CM, руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, адаптер переменного тока AC ADAPTER-S (60240HW55W), комплект элементов питания, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон

<b>Примечания:</b>	
• В ходе клинического валидационного исследования для определения диастолического артериального давления в фазе 5 принимало участие 85 человек.	
• Данный прибор прошёл клинические испытания в соответствии с требованиями стандарта ISO 81060-2: 2013, точность устройства подтверждена в соответствии с протоколами ESH (Европейского Общества Гипертензии) 2010 года.	
• Этот прибор не утверждён для измерения давления у беременных.	
• Классификация степени защиты оболочки соответствует стандарту IEC 60529.	
• Прибор и адаптер переменного тока защищены от проникновения твёрдых инородных объектов диаметром 12,5 мм и больше (например, палец). Адаптер переменного тока защищён от попадания внутрь вертикально падающих капель воды, которые могут вызвать неполадки при обычной работе.	
• Данный прибор можно использовать для непрерывной работы.	

<b>CE 0197</b>	
• Данный прибор для измерения артериального давления спроектирован в соответствии с европейским стандартом EN1060 «Неинвазивные сфигмоманометры», часть 1 «Общие требования» и часть 3 «Дополнительные требования для электромеханических систем измерения артериального давления».	
• Данное изделие OMRON изготовлено в условиях применения системы строгого контроля качества компании OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Япония. Датчик давления — главный компонент прибора для измерения артериального давления компании OMRON — изготавливается в Японии.	
• Сообщайте уполномоченному представителю производителя обо всех серьёзных происшествиях, связанных с этим изделием.	

Измeрители артериального давления и частоты пульса OMRON испытаны и зарегистрированы в России:
— регистрационное удостоверение: № P3H 2015/3210 от 16.10.2015 г. Срок действия не ограничен.
— декларация о соответствии: № РОСС RU Д-РPM18.В.00117/18 от 08.10.2018 г. Срок действия до 08.10.2021 г.
Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3.4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р 31515.1-2012 (EN 1060-1:1996), ГОСТ 31515.3-2012 (EN 1060-3:1997).
— свидетельство об утверждении типа средств измерений JP.C.39.003.A №69904 от 02.10.2015 г. Срок действия до 24.09.2020 г.
— декларация о соответствии TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № TC RU Д-РА19.В.06070. Срок действия до 01.12.2020 г.

ПОВЕРКА
Поверка тонометров осуществляется по документу П 50.2.032-2004 «Рекомендации по метрологии. ГСИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки». Межповерочный интервал 2 года. Знак утверждения типа наносится на сопроводительные документы. Подтверждение прохождения процедуры поверки Вы можете найти на сайте: <a href="http://www.csmedica.ru">www.csmedica.ru</a> по наименованию, модели и серийному номеру прибора. Оригинал свидетельства о поверке находится в АО «КомплектСервис».

Расшифровка условных обозначений, знаков, символов и пиктограмм, которые, в зависимости от изделия и модели, могут располагаться на изделии, товарной упаковке и в сопроводительной документации	
	Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки). Рабочая часть типа BF
	Изделие класса II Защита от поражения электрическим током
<b>IP XX</b>	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (МЭК 60529)
	Знак соответствия директиве ЕС
	Знак соответствия
	Знак утверждения типа средства измерения
	Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза
	Порядковый (серийный) номер
	Код (номер) партии
	Медицинское изделие
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Ограничение атмосферного давления
	Полярность разъёма адаптера
	Для использования только внутри помещений
	Зарегистрированная технология измерения артериального давления OMRON

	Манжеты совместимые с устройством
	Метка для правильного расположения манжеты на руке на левой руке
	Указатель расположения плечевой артерии
	Указатель диапазона и расположения плечевой артерии
	Гарантийная пломба производителя
<b>LATEX FREE</b>	Не содержит натуральный латекс
	Указатель диапазона окружности плеча для помощи в подборе правильного размера манжеты.
	Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Постоянный ток
	Переменный ток
	Дата изготовления в формате ГГГГ-ММ-ДД
	Технология и качество, Япония
	Технология и дизайн, Япония
	Окружность плеча
	OMRON connect - приложение для загрузки данных измерений на smart устройство.

Электромагнитная совместимость
Важная информация, касающаяся электромагнитной совместимости (ЭМС) изделия M2 Basic (HEM-7121-ARU), произведенного OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., соответствует стандарту EN60601-1-2: 2015 по электромагнитной совместимости (ЭМС). Тем не менее, необходимо соблюдать особые меры предосторожности:

- Использование принадлежностей и кабелей, отличных от тех, которые указаны или предоставлены OMRON, может повлечь увеличение электромагнитного излучения или снижение электромагнитной устойчивости устройства и привести к неправильной работе.
- Во время измерения следует избегать использования устройства вблизи с другим устройством или с установлением внутри другого устройства, это может привести к неправильной работе. В случае необходимости такого использования необходимо следить за устройством и другим устройством, чтобы убедиться, что они работают нормально.
- Во время измерений положительного радиочастотного устройства связи (включая периферийные устройства, такие как антенные кабели и внешние антенны) должно использоваться не более 30 см (12 дюймов) к любой части устройства, включая кабели, указанные OMRON. В противном случае может произойти ухудшение производительности устройств.
- Руководствуйтесь приведенными ниже сведениями в отношении среды ЭМС, в которой устройство должно использоваться.

Таблица 1 – Пределы ИЗЛУЧЕНИЯ и соответствие

Явление	Пределы ИЗЛУЧЕНИЯ	Соответствие
Излучаемые и наведенные радиочастотные помехи	CISPR 11	Группа 1, Класс В
Колесания напряжения и резкий перепад напряжения	Смотрите IEC 61000-3-3	Соответствует

Таблица 2 – ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

Явление	Базовый стандарт ЭМС	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
Устойчивость к электростатическим разрядам	IEC 61000-4-2	±8 кВ контакт ±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ, ±15 кВ воздух для порта корпуса
Устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям	IEC 61000-4-3	10 В/м 80 МГц до 2,7 ГГц 80 % AM на 1 кГц для порта корпуса
Устойчивость к полям вблизи от радиочастотного оборудования беспроводной связи	IEC 61000-4-3	Смотрите таблицу 3
Устойчивость к электрическим быстрым скачкам / импульсам	IEC 61000-4-4	±2 кВ для Ввода порта сети переменного тока 100 кГц с частотой повторения
Устойчивость к междуфазным скачкам	IEC 61000-4-5	±0,5 кВ, ±1 кВ для Ввода порта сети переменного тока
Устойчивость к наведенным помехам, вызванным высокочастотными полями	IEC 61000-4-6	3 В/м2 150 кГц до 80 МГц 6 В/м2 в ПНМ и любительский радиодиапазон между 150 кГц и 80 МГц 80 % AM на 1 кГц для Ввода порта сети переменного тока
Устойчивость к магнитным полям с номинальной мощностью	IEC 61000-4-8	30 А/м 50 Гц и 60 Гц для порта корпуса
Устойчивость к падению напряжения	IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 цикла на 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315° для Ввода порта сети переменного тока 0 % UT; 1 цикл и 70 % UT; 25/30 однофазных циклов; на 0° для Ввода порта сети переменного тока
Устойчивость к прерыванию напряжения	IEC 61000-4-11	0% UT; 250/300 цикла для Ввода порта сети переменного тока

Примечание: UT - это напряжение сети переменного тока до применения уровня испытания

Таблица 3 – Характеристики испытаний на УСТОЙЧИВОСТЬ ПОРТА КОРПУСА радиочастотного устройства беспроводной связи

Частота испытания (МГц)	Диапазон (МГц)	Сервис	Модуляция	Максимальная мощность (Вт)	Расстояние (м)	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НА УСТОЙЧИВОСТЬ (В/м)
385	380 до 390	TETRA 400	Импульсная модуляция 18 Гц	1,8	0,3	27
450	430 до 470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 кГц отклонение синуса 1 кГц	2	0,3	28
710	704 до 787	LTE Band 13, 17	Импульсная модуляция 217 Гц	0,2	0,3	9
810	800 до 960	GSM 800/900, TETRA 800, Iden 820, CDMA 850, LTE Band 5	Импульсная модуляция 18 Гц	2	0,3	28
1720	1700 до 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Импульсная модуляция 217 Гц	2	0,3	28
2450	2400 до 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Импульсная модуляция 217 Гц	2	0,3	28
5240	5100 до 5800	WLAN 802.11 a/n	Импульсная модуляция 217 Гц	0,2	0,3	9

Тесты ЭМС включали адаптер переменного тока, входящий в комплект поставки продукта

### Надежная утилизация прибора (отработанное электрическое и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов. Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки. По вопросу утилизации элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть элементы питания для экологически безопасной переработки.

**УТИЛИЗАЦИЯ**  
По окончании срока службы изделия, его необходимо утилизировать в соответствии с национальными и региональными нормативными актами. В медицинских учреждениях, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» изделие подлежит утилизации как изделие класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам).

## 7. Полезная информация об артериальном давлении

### Что такое артериальное давление?

Артериальное давление — это показатель давления потока крови на стенки артерий. Артериальное давление постоянно меняется в цикле сокращения сердца. Самое высокое давление на протяжении сердечного цикла называется *систолическим артериальным давлением*; самое низкое — *диастолическим артериальным давлением*. Для оценки состояния артериального давления пациента врачу необходимы оба значения: *систолическое* и *диастолическое*.

### Что такое аритмия?

Аритмия — это состояние, когда ритм сердцебиения нарушен из-за сбоев в биоэлектрической системе, управляющей сердцебиением. Ее типичными признаками являются выпадающие сокращения сердца, преждевременные сокращения, необычно частый (тахикардия) или редкий (брадикардия) пульс.

### Почему хорошо иметь возможность измерять артериальное давление дома?

На артериальное давление могут влиять многие факторы, такие как физическая активность, беспокойство или время суток. Для постановки точного диагноза одного измерения может быть недостаточно. Для получения точных данных лучше всего измерять артериальное давление ежедневно в одно и то же время. Обычно утром артериальное давление ниже, а во второй половине дня оно повышается. Давление ниже летом и выше зимой.

### Как артериальная гипертензия связана с инсультом?

Высокое артериальное давление (Артериальная гипертензия) представляет собой основной фактор риска развития инсульта. Установлено, что при эффективном лечении пациентов, страдающих артериальной гипертензией, удается предотвратить 1 из 4 геморагических инсультов (нетравматическое внутримозговое кровоизлияние). В рекомендациях по борьбе с артериальной гипертензией предлагается сочетать домашнее измерение артериального давления с измерениями в кабинете у врача, что может способствовать более эффективному лечению артериальной гипертензии.

Ссылки на медицинские отчеты, упомянутые выше, доступны по запросу.

<b>Производитель</b>	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. (OMRON ХЭЛТСКЭ Ко., Лтд.) 53, Kunitsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002, Japan (53, Кунотсубо, Теродо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002, Япония)
<b>Представитель в ЕС</b>	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. (OMRON ХЭЛТСКЭ ЕВРОПА Б.В.) Scorpius 33, 2132 JP Худдероп, НИДЕРЛАНДЫ (Scorpius 33, 2132 JP Худдероп, НИДЕРЛАНДЫ) <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>
<b>Импортер в ЕС</b>	OMRON DALIAN Co., Ltd. (OMRON ДАЛЯНЬ Ко., Лтд.) No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian, 116600, China (No. 3, Сонг Дзянган Роуд, Экономик энд Техникал Девелопмент Зоне, Дальянь, 116600, Китай)
<b>Производственное подразделение</b>	
<b>Уполномоченный представитель производителя, экологически безопасный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации</b>	АО «КомплектСервис» 125413, г. Москва, ул. Солнечногоарская, д. 4, стр. 10, мансарда <a href="http://www.csmedica.ru">www.csmedica.ru</a> Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-80

Сделано в Китае