

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.31757.04СЭК0.H00015

Срок действия с 04.02.2021 по 03.02.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СИГМА КАЧЕСТВО» ООО "СЕРТЕКС ЮГ". Адрес: 350059, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, улица Новгородская, дом 2. Телефон +7 8612731483. Адрес электронной почты info@сигма-эксперт.рф

ПРОДУКЦИЯ

Измерители артериального давления крови (тонометры)
электронные автоматические Geratherm wristwatch КР 6130 с принадлежностями,
Geratherm desktop GP 6621 с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе).
Серийный выпуск.

Код ОКПД-2

26.60.12.129

Код ТНВЭД

9018 90 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ Р 51959.1-2002 (ЕН 1060-1-96),
ГОСТ Р 51959.3-2002 (ЕН 1060-3-97).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «Гератерм Медикал АГ». Адрес: Германия, Geratherm Medical AG,
Fahrenheitsrasse 1, 99331 Geratal, Germany

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ГераМед». Адрес: 123430,
Россия, Москва, Митинский 3-й пер., 7-274. ИНН 7733137947.

НА ОСНОВАНИИ

Регистрационного удостоверения № ФСЗ 2012/12195 от 01.02.2021г, выданного Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР); Регистрационного удостоверения № ФСЗ 2012/12196 от
01.02.2021г, выданного Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР);

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

Эксперт

Е.С. Конева

В.Г. Маршаев

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС DE.31757.04СЭК0.H00015

Лист 1 из 1

Измеритель артериального давления крови (тонометр) электронный автоматический Geratherm wristwatch KP 6130 с принадлежностями:

1. Элемент питания типа AAA, 1,5V – 2 шт.;
2. Футляр;
3. Руководство по эксплуатации;
4. Упаковка.

Измеритель артериального давления крови (тонометр) электронный автоматический Geratherm desktop GP 6621 с принадлежностями:

1. Манжета компрессионная «Arm circumference: 22 cm-32 cm» или «Arm circumference: 32 cm-42 cm»;
2. Элемент питания типа AA, 1,5V – 4 шт.;
3. Футляр;
4. Руководство по эксплуатации;
5. Упаковка.



М.П.

Руководитель органа

Эксперт

Е.С. Конева

В.Г. Маршаев

Сертификат не применяется при обязательной сертификации